

Sucha Beskidzka, dnia 17.11.2017 r.

WSZYSCY ZAINTERESOWANI

Dotyczy: Dostawa wyposażenia do realizacji technik audiowizualnych do Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchoj Beskidzkiej. Numer referencyjny: WE.272.8.2017.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania z dnia 17.11.2017 r.

Pytanie nr 1

Punkt 15 . Analizator widma

Czy zamawiający dopuści Analizator o paśmie od 100 kHz do 500 MHz. Wynika to z problemów z dostępnością analizatorów w oficjalnych kanałach dystrybucyjnych, co może spowodować problemy z wskazanym terminem dostawy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaproponowanie wskazanego analizatora, jako rozwiązania równoważnego do opisu przedmiotu zamówienia, uwzględniając w szczególności realizację zamówienia w terminie wskazanym w rozdziale IV SIWZ (do 22.12.2017 r.).

Pytanie nr 2

Punkt 36. Zestaw czujników

Prosiłbym o doprecyzowanie – czy zamawiający ma na myśli 16 zestawów po 16 czujników (czyli 4+8+4), czy też łączna wymagana ilość w zamówieniu to 16 czujników

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotem zamówienia jest łącznie 16 czujników, w konfiguracji jak w opisie przedmiotu zamówienia (4+8+4, co razem daje łączną ilość 16).

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pozostałe szczegóły bez zmian. Niniejszą odpowiedź kieruje się do Oferenta zadającego pytanie a także zamieszcza się na stronie Internetowej postępowania pod adresem www.powiatsuski.pl. Niniejsza zmiana stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

STAROSTA SUSKI

mgr Józef Bałós

Otrzymują:

1 x Oferent

1 x www.powiatsuski.pl